




AG Metrology® S.r.l.
Strada San Faustino 155/N
41124 Modena Italy
Tel: +39 059 3970648
ilc@agmetrology.com
www.agmetrology.it



Proficiency Testing

Trasduttore di corrente a pinza per la misura di corrente alternata (17043E_01_03_CCT EPTIS ID 882534)

Di seguito elencate alcune caratteristiche del confronto proposto:

Campione/Strumento: Trasduttore di corrente a pinza per la misura di corrente alternata

Modello/Tipo: Hioki CT9667-02

Laboratorio di Riferimento: Laboratorio accreditato secondo la ISO IEC 17025 in ambito MRA o NMI

Punti di misura:

Portata 500 A (1mV AC / A) 50 Hz $\Rightarrow$ 50 A, 450 A

Portata 5000 A (0.1 mV AC / A) 50 Hz $\Rightarrow$ 200 A, 600 A, 1000 A, 1400 A, 1800 A

CMC dichiarate dal laboratorio di riferimento:

Campo	50 mA < I ≤ 100 A	40 Hz ≤ f ≤ 60 Hz	$\Rightarrow$	1.3 X 10 ⁻⁴ X I
-------	-------------------	-------------------	---------------	----------------------------

	100 A < I ≤ 240 A	40 Hz ≤ f ≤ 60 Hz	$\Rightarrow$	1.9 X 10 ⁻⁴ X I
--	-------------------	-------------------	---------------	----------------------------

	240 A < I ≤ 10 kA	40 Hz ≤ f ≤ 60 Hz	$\Rightarrow$	1.0 X 10 ⁻⁴ X I
--	-------------------	-------------------	---------------	----------------------------

Note: Indicazioni riguardo a modalità organizzative, presentazione ed invio risultati saranno riportati nel protocollo di partecipazione dell'ILC

Data prevista inizio ILC: Marzo 2022

Pagamento: € 660 + IVA - mezzo bonifico bancario alla consegna dei risultati